

VAKOS XT a.s.

Pernerova 646/28a, 186 00 Praha 8, tel.: +420 224 819 367; e-mail: obchod@vakosxt.cz
Pracoviště Příbram VI – Březové Hory 47, 261 01 Příbram, tel.: +420 605 219 696; e-mail: okj@vakosxt.cz

PL 042/0224/513

číslo atestu

41/24 PL

číslo protokolu

Analytický protokol
(atest o ověření jakosti)**Mast'ový základ N (Neoaquasorb) CSC**

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| Číslo šarže: | PL 020224 | Počet a typ balení: | 174 x 900 g |
| Číslo vzorku: | PL 41/24 | Použitelné do: | 02/2027 |
| Zkušební specifikace: | PNY – 81 – 02 | Množství vzorku / Vzorkoval: | 120 g / Konečný |

| Název analýzy | Výsledek | Specifikace |
|--------------------------------------|-----------------|---|
| Popis a vlastnosti | vyhovuje | mast bílá, téměř bez zápachu |
| Zkouška totožnosti (hydrofobní mast) | vyhovuje | rozpouští se v chloroformu, nerozpouští se ve vodě |
| Zkouška totožnosti (parabeny) | vyhovuje | červené zbarvení s Millonovým zkoumadlem |
| Emulgační schopnost | vyhovuje | po smísení s vodou nesmí vytvořená emulze do 48 hodin vyloučit kapičky vody |

Analyzoval: Dufková


Dne: 6.2. – 8.2. 2024

Podpis: *Dufková*

Posudek:

vyhovuje PNY – 81 – 02

Kontroloval a schválil dne:

16-02-2024

.....
ing. Josef Konečný
ředitel oddělení kontroly jakosti