

VAKOS XT a.s.

Pernerova 646/28a, 186 00 Praha 8, tel.: +420 224 819 367; e-mail: obchod@vakosxt.cz
Pracoviště Příbram VI – Březové Hory 47, 261 01 Příbram, tel.: +420 605 219 696; e-mail: okj@vakosxt.cz

PL 058/0224/513

číslo atestu

67/24 PL

číslo protokolu

Analytický protokol
(atest o ověření jakosti)**Solutio acidi borici 3% CSC**

Číslo šarže:	PL 180224	Počet a typ balení:	291 x 1000 g
Číslo vzorku:	PL 67/24	Použitelné do:	02/2025
Zkušební specifikace:	PNY – 90 – 02	Množství vzorku / Vzorkoval:	200 ml / Konečný

Název analýzy	Výsledek	Specifikace
Popis a vlastnosti	vyhovuje	tekutina čirá, bezbarvá, bez zápachu; na lakmusový papírek reaguje slabě kyselě
Zkouška totožnosti (kyselina boritá)	vyhovuje	zapálený roztok hoří plamenem, který je zvláště na okrajích zeleně zbarvený
Hodnota <i>pH</i>	4,4	4,0 – 5,0
Obsah kyseliny borité (%)	2,98	2,85 – 3,15

Analyzoval: Dufková

Dne: 4.3. 2024

Podpis: 

Posudek:

vyhovuje PNY – 90 – 02Kontroloval a schválil dne: **- 8-03- 2024**

VAKOS XT a.s., Příbram VI/47
ODDĚLENÍ
KONTROLY JAKOSTI

.....
ing. Josef Konečný
ředitel oddělení kontroly jakosti