

VAKOS XT a.s.

Pernerova 646/28a, 186 00 Praha 8, tel.: +420 224 819 367; e-mail: obchod@vakosxt.cz
Pracoviště Příbram VI – Březové Hory 47, 261 01 Příbram, tel.: +420 605 219 696; e-mail: okj@vakosxt.cz

PL 236/0924/513

číslo atestu

229/24 PL

číslo protokolu

Analytický protokol
(atest o ověření jakosti)**Cremor neoaquasorb CSC**

Číslo šarže:	PL 220924	Počet a typ balení:	172 x 900 g
Číslo vzorku:	PL 229/24	Použitelné do:	09/2026
Zkušební specifikace:	PNY – 51 – 02	Množství vzorku / Vzorkoval:	120 g / Konečný

Název analýzy	Výsledek	Specifikace
Popis a vlastnosti	vyhovuje	krém bílý, téměř bez zápachu; na povrchu nesmí být viditelné kapky tekutiny
Zkouška totožnosti (hydrofilní krém)	vyhovuje	roztokem Sudanu III se nezbarví, roztokem methylenové modře se zbarví do modra
Zkouška totožnosti (parabeny)	vyhovuje	červené zbarvení s Millonovým zkoumadlem
Obsah vody (%)	40,5	39,5 – 43,5

Analyzoval: Dufková

Dne: 3.10.2024

Podpis: *Dufková*

Posudek:

vyhovuje PNY – 51 – 02

VAKOS XT a.s., Příbram VI/47

ODDĚLENÍ
KONTROLY JAKOSTIKontroloval a schválil dne: **- 3 -10- 2024***ing. Josef Konečný*
ředitel oddělení kontroly jakosti